

Wrocław, 2016-05-11

## Wykonawcy

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadania pn. „Sukcesywna dostawa materiałów dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych oraz zużywalnego sprzętu medycznego na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia” znak postępowania (WCZ/P/D -1/2016)**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia od Wykonawców. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zgodnie z zapisem pkt. 8 IDW (część ISIWZ) przekazuję odpowiedzi na poniższe pytania:

**1. Dotyczy SIWZ, Część III, projekt umowy: §7 ust. 1a:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z:

„w wysokości 0,5% wartości poszczególnego zamówienia brutto”

na:

„w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanego, poszczególnego zamówienia brutto” ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

**2. Dotyczy SIWZ, Część III, projekt umowy: §7 ust. 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z:

„w wysokości 10% wartości umowy brutto”

na:

„w wysokości 10% wartości niezrealizowanej umowy brutto” ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

**3. Dotyczy SIWZ – SIWZ Część I, pkt. 3, ppkt. 4 oraz Załącznik nr 6 do IDW**

W związku z faktem, iż Zamawiający wymaga by oferowane materiały dezynfekcyjne, materiały opatrunkowe oraz oferowany zużywalny sprzęt medyczny posiadał aktualne wymagane prawem zezwolenia dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r., zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowych produktów nie podlegających Ustawie o Wyrobach Medycznych, tym samym niezarejestrowanych przez producentów jako Wyrób Medyczny, wobec których stosowana jest 23% stawka podatku VAT - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5, 8-9 i 29 oraz Pakietu nr 3 poz. 32, 37, 61-62, 69-73, 82-83.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

**4. Dotyczy SIWZ**

W przypadku wyrażenia zgody na powyższe, prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).

Odp. Zgodnie z odp. 3

**5. Pakiet nr 1, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w w/w/ pozycji preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk opartego na etanolu, spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV), Rota, Adeno, Polio w opakowaniu 500ml z zawartością substancji pielęgnujących ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

**6. Pakiet nr 1, poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w w/w pozycji preparatu Silonda w opakowaniu 500ml z przeliczeniem wymaganych ilości ? Wg wiedzy Oferenta preparat Silonda nie jest konfekcjonowana w opakowaniu 1L.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

**7. Pakiet nr 1, poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w w/w pozycji preparatu Skinman Scrub w opakowaniu 6L z przeliczeniem wymaganych ilości ? Wg wiedzy Oferenta preparat Skinman Scrub nie jest konfekcjonowany w opakowaniu 5L.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

**8. Pakiet nr 1, poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w w/w/ pozycji emulsji do mycia rąk bez zawartości barwników i substancji zapachowych o ph. 5,5 na bazie nowoczesnych substancji powierzchniowo czynnych w opakowaniu 500ml z przeliczeniem wymaganych ilości ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

**9. Pakiet nr 1, poz. 11, 12, 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w w/w pozycjach gazików zarejestrowanych jako wyrób medyczny ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

**10. Pakiet nr 1, poz. 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w w/w pozycji gazików w rozmiarze L ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

**11. Pakiet nr 1, poz. 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w w/w pozycji preparatu zarejestrowanego jako wyrób medyczny ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

**12. Pakiet nr 1, poz. 21,**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w w/w/ pozycjach preparatu alkoholowego bez zawartości aldehydów do szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudnodostępnych. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIB, HBV, HCV) Rota, Adeno w opakowaniu 1L ? Wg wiedzy Oferenta wymagany przez Zamawiającego preparat Incidur Spray został wycofany:

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

**13. Pakiet nr 1, poz. 27**

Czy Zamawiający wymaga w w/w pozycji chusteczek pakowanych po 40 sztuk, 225 opakowań x 2 opakowania zbiorcze, czy Zamawiający wymaga chusteczek pakowanych po 225 sztuk (wiadro) tj. 2 opakowania a'225 sztuk?

Odp. Zamawiający wymaga chusteczek pakowanych po 225 sztuk (wiadro) tj. 2 opakowania a'225 sztuk

**14. Pakiet nr 1, poz. 31, 32, 33, 34**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w/ pozycjach bezalkoholowych chusteczek do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholu np. głowice USG. Spektrum działania: B, F, V, Rota, Polyoma – 1 minuta, w opakowaniu typu flow-pack 80 sztuk z przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. Dla pozycji 31, 32 – tak; dla pozycji 33,34 -nie

**15. Pakiet nr 1, poz. 42**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w/ pozycji preparatu konfekcjonowanego w opakowaniu 1,5kg z przeliczeniem wymaganych ilości? Wg wiedzy Oferenta wymagany przez Zamawiającego preparat Sekusept Activ nie jest konfekcjonowany w opakowaniu 2kg.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

**16. Pakiet nr 3, poz. 37**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji półmasksi ochronnej z zaworem wydechowym przeznaczonej są do stosowania przez personel medyczny do ochrony układu oddechowego przed szkodliwymi czynnikami. Maski zgodna z normą PN-EN 149:2001 o klasie ochronności FFP2 i skuteczności filtracji min. 94%. Trójpanelowa budowa masek powoduje płaskie przyleganie oraz noszenie okularów i gogli. Maski spełnia wymagania dyrektywy dotyczącej środków ochrony osobistej i podlega stawce podatku VAT wysokości 23%.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

**17. Pakiet 3, poz. 54**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłonek na głowicę USG nawilżane, pojedynczo pakowane ale bez środka wirusobójczego, gdyż nie ma na rynku tego typu osłonek na głowicę USG ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

**18. Pakiet 3, poz. 65**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w rozmiarze 5,1x7,6 cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

**19. Pakiet nr 3 poz. 66**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu papierowo-foliowego w rolce o szerokości 33cm i długości 25 m, gdyż wg naszej wiedzy podkłady o podanej szerokości są dostępne w rolkach po 25 metrów. Prosimy o określenie jaką ilość podkładów należy wycenić: czy zgodnie z ilością podaną w formularzu asortymentowo-cenowym, czyli 135 rolek czy przeliczyć zamawiane ilości i wycenić 216 rolek?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

**20. Pakiet nr 3 poz. 67**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy ma na myśli podkłady papierowo-foliowe.

Odp. Nie

**21. Pakiet 3, poz. 68**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie standardowego pojemnika na moczkę zakręcany niesterylnej o pojemności całkowitej 125ml?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

**22. Pakiet 3, poz. 88-90:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy przez sformułowanie „winyl stretchowy” Zamawiający rozumie rozciągliwość większą, niż tradycyjny winyl, tj. 500% przed procesem starzenia i 400% po procesie starzenia.

Odp. tak

**23. Pakiet 3, poz. 88-90:**

Prosimy o doprecyzowanie, czy mając na uwadze kontakt personelu z pacjentami chorymi na HIV/AIDS, oferowane rękawice winylowe stretchowe, podobnie jak tradycyjne rękawice winylowe, mają spełniać normy EN 455-1,2,3 oraz ASTM F1671, EN 374-1,2,3, AQL-1 i być oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny kl. I (zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych -MDD) oraz środek ochrony indywidualnej kat. III (zgodnie z Dyrektywą Środków Ochrony Osobistej -PPE)?

Odp. tak

**24. Pakiet 3, poz. 120:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul w rozmiarze 1,3, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. tak

**25. Pakiet 3, poz. 121:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul w rozmiarze 0,9, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

**26. Pakiet 3, poz. 132:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie żelu Żelpol do defibrylacji w opakowaniu 250ml gdyż wg naszej wiedzy nie ma na rynku opakowania 25gr.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

**27. Pakiet 3, poz. 137:**

W celu prawidłowej wyceny prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający pisząc żel do USG ECHO SERCA HYPOALERGICZNY oczekuje zaoferowania żelu do USG sterylnego w saszetkach 20g? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o szczegółowy opis wymaganego żelu np. w postaci nr kat, nazwy producenta itp.

Odp. Nie, żel do USG

28. Pakiet 1

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza preparaty równoważne tzn. o zastosowaniu takim samym jak preparat opisany z nazwy, nie gorszym spektrum mikrobójczym oraz właściwościach użytkowych.

Odp. Zgodnie z opisem równoważności zawartym w załączniku nr 1A do IDW –Formularz asortymentowo-cenowy

29. Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odp. Przewóz towarów zgodnie z przepisami prawa dla danego typu produktów

30. dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odp. tak

31. dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odp. nie

32. dotyczy SIWZ

W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?

Odp. Przewóz towarów zgodnie z przepisami prawa dla danego typu produktów

33. dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia?

Odp. Przewóz towarów zgodnie z przepisami prawa dla danego typu produktów

34. dotyczy pakietu nr 3, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o podanie średnicy elektrody.

Odp. Elektroda o wymiarach 57-48mm

35. dotyczy pakietu nr 3, poz. 16

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie skrótu „GEL 4000” oraz o wyjaśnienie jakiego produktu oczekuje.

Odp. Żel do gonioskopii

36. dotyczy pakietu nr 3, poz. 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłonek nawilżanych żelem bez właściwości wirusobójczych ?

Odp. tak

37. dotyczy pakietu nr 3, poz. 55

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłonek pudrowanych ?

Odp. tak

38. dotyczy pakietu nr 3, poz. 61, 88-90, 93-95; 98, 100, 101, 132

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu ? Pozwoli to nam jak i wielu innym firmom na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

### **39. Pakiet 2, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny o wymiarach 5,5cm x 7,5 cm?

Odp. tak

### **40. Pakiet 2, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny przyklepny o wymiarach 6,5 cmx 9,5 cm?

Odp. tak

### **41. Pakiet 2, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wymiarach 10 cmx 10 cm?

Odp. nie

### **42. Pakiet 2, pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści plastry poinfekcyjne o wymiarze 1,6 x 5,7 cm lub 2,5 x 7,6 cm pakowane a'500 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań, zastosowania i właściwości:

- samoprzylepny plaster z wkładem chłonnym wykonany z folii
- posiada centralnie umieszczony wkład chłonny absorbuje niewielki wysięk z miejsc uszkodzenia skóry, chroni przed wpływem czynników zewnętrznych
- mikropory w strukturze folii zapewniają odpowiednią paroprzepuszczalność, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między plasterem a skórą
- cienki i elastyczny, dopasowujący się do kształtu ciała, zapewnia swobodę ruchu
- kolor cielisty
- hipoalergiczny
- zastosowanie:
  - zabezpieczanie okolic ciała gdzie doszło do drobnych urazów skóry np.: skaleczeń, otarć
  - zabezpieczanie miejsc po wykonaniu iniekcji
  - opatrywanie zmian skórnych z małą i średnią ilością wysięku
  - opatrywanie zmian skórnych niewymagających zastosowania jałowego opatrunku
- opakowanie: papier-papier
- opakowanie zbiorcze: kartonik

Odp. nie

**43. Pakiet 2, pozycja 28**

Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową pakowana a'200 g z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

Odp. tak

**44. Pakiet 2, poz. 25**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. nie

**45. Pakiet 2, poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści włókninowy plaster pod venflony, rozmiar 6 cm x 8 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. tak

**46. Pakiet 2, poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. tak

**47. Pakiet 2, poz. 30-31**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. nie

**48. Pakiet 2, poz. 30**

Czy Zamawiający dopuści włókninowy opatrunek na rany pooperacyjne 10 x 10 cm, pakowany a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzy asortymentowo – cenowym

Odp. tak

**49. Pakiet 2, poz. 31**

Czy Zamawiający dopuści włókninowy opatrunek na rany pooperacyjne 15 x 10 cm a'25 szt.

Odp. tak

**50. Pakiet 3, poz. 17-25**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. nie

**51. Pakiet 3, poz. 22**

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,45 x 25 op. po 100 szt.

Odp. tak

**52. Pakiet 3, poz. 28-29**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. nie

**53. Pakiet 3, poz. 65**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. nie

**54. Pakiet 3, poz. 75**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. nie

**55. Pakiet 3, poz. 75**

Czy Zamawiający wymaga logo producenta na zaciskaczu rolkowym, pozwoli to na lepszą identyfikację asortymentu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. nie

**56. Pakiet 3, poz. 75**

Czy Zamawiający wymaga przyrządów wolnych od ftalanów i oznaczenia na opakowaniu jednostkowym o braku ftalanów w w/w przyrządach?

Odp. nie

**57. Pakiet 3, poz. 75**

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy posiadały dren o długości 150 cm oraz podaną długość drenu na opakowaniu jednostkowym?

Odp. nie

**58. Pakiet 3, poz. 75**

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy posiadały zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, co znacznie zwiększa możliwość zachowania środków bezpieczeństwa, zasad aseptyki podczas użytkowania przyrządu.

Odp. nie

**59. Pakiet 3, poz. 75**

Czy Zamawiający wymaga przyrządów w opakowaniu typu folia?

Odp. nie

**60. Pakiet 3, poz. 102-107**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. nie

**61. Pakiet 3, poz. 105**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml op. a'80 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo – cenowym.

Odp. tak

**62. Pakiet 3, poz. 107**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową 1 ml z dołączoną igłą 0,45 x 13 mm, działka elementarna 0,01 ml.



Odp. tak

**64. Pakiet 3, poz. 119-123**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. nie

**65. Pakiet 3, poz. 119-123**

Czy Zamawiający wymaga kaniul wykonany z FEP. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odp. nie

**66. Pakiet 3, poz. 119-123**

Czy Zamawiający wymaga kaniul wykonany z PUR. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. nie

**67. Pakiet 3, poz. 119**

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,0 x 32, przepływ 57 ml/min.

Odp. tak

**68. Pakiet 3, poz. 120**

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,2 x 38, przepływ 90 ml/min.

Odp. tak

**69. Pakiet 3, poz. 120**

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,2 x 45, przepływ 90 ml/min.

Odp. tak

**70. Pakiet 3, poz. 121**

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 0,7 x 19, przepływ 13 ml/min.

Odp. tak

**71. Pakiet 3, poz. 122**

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 0,6 x 19, przepływ 10 ml/min.

Odp. tak

**72. Pakiet 3, poz. 123**

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 0,8 x 25, przepływ 33 ml/min.

Odp. tak

Zamawiający

WROCLAWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP ZOZ  
000000001000  
ul. Podróznicza 26/28, 53-208 Wrocław  
tel. centrala 71 363-15-29, 45, 61  
sekretariat tel./fax 71 363-12-23  
REGON 000313331 NIP 894-24-60-800

Dyrektor  
  
Wojciech Skiba