

Wrocław, 2017-05-30

Wykonawcy

Dotyczy: *Przetargu nieograniczonego na zadania pn. Sukcesywna dostawa materiałów dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych oraz zużywalnego sprzętu medycznego na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ (znak postępowania: WCZ/P/D-3/2017)*

- 1) **Pakiet 3, pozycja 39** – Czy Zamawiający wymaga masek o wysokiej skuteczności filtracji 99,99%? *Zamawiający dopuszcza maski o wysokiej skuteczności filtracji.*
- 2) **Pakiet 3, pozycja 67** – Czy Zamawiający dopuści plastry do venflonów 8x6cm spełniające pozostałe parametry?
Zamawiający dopuszcza plastry do venflonów 8x6 cm
- 3) **Pakiet 3, pozycja 69** – Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności 100ml spełniający pozostałe parametry?
Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności 100 ml
- 4) **Pakiet 3, pozycja 69** - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności 120ml spełniający pozostałe parametry?
Zamawiający dopuszcza pojemniki na mocz o pojemności 120 ml
- 5) **Pakiet 3, pozycja 132** – Czy Zamawiający dopuści wzierniki jednorazowe do otoskopu dla dorosłych op. 250szt.?
Zamawiający dopuszcza wzierniki jednorazowe do otoskopu dla dorosłych w op. 250 szt.
- 6) **Pakiet 3, pozycja 133** – Czy Zamawiający dopuści wzierniki jednorazowe do otoskopu dla dzieci op. 250szt.?
Zamawiający dopuszcza wzierniki jednorazowe do otoskopu dla dzieci w op. 250 szt.
- 7) **Pakiet 3, pozycja 140** – Czy Zamawiający dopuści żelowe elektrody EKG Ag/AgCl o rozmiarze Ø50mm op.50szt.? Zamawiający wymaga elektrod żelowych EKG Ag/AgCl w rozmiarze 56x42
- 8) **Pakiet 1 poz.2** – Prosimy o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Do jakiego dozownika ma pasować wkład? Czy jest to system otwarty (pojemności 500ml czy 1 L) czy też zamknięty?
System zamknięty, dozownik do AHD i Sterisol z podajnikiem łokciowym o pojemności do 500 ml.
- 9) **Pakiet 1** – Czy Zamawiający dopuści do wyceny produkty równoważne do wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym w innych pojemnościach/gramaturach wraz z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany produktów w pakiecie nr 1.

Zamawiający


Dyrektor
Wojciech Skiba

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadania pn. Sukcesywna dostawa materiałów dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych oraz zużywalnego sprzętu medycznego na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia (znak postępowania WCZ/P/D -3/2017)

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia od Wykonawców. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zgodnie z zapisem pkt. 8 IDW (część I SIWZ) przekazuję odpowiedzi na poniższe pytania:

Dotyczy: pakiet nr 2

poz. 1 Czy Zamawiający wymaga gazy sterylizowanej tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający nie wymaga gazy sterylizowanej tlenkiem etylenu ale dopuszcza ten sposób sterylizacji.

poz. 1 Czy Zamawiający wymaga gazę o niestrzępiących się brzegach?

Odp. Zamawiający dopuszcza gazę o niestrzępiących się brzegach.

poz. 1 i 2 Czy Zamawiający wymaga gazę 13 nitkową czy 17 nitkową?

Odp. Zamawiający wymaga gazę 17-nitkową

poz. 5 Czy Zamawiający dopuści kompresy 10x10?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany.

poz. 5-7 Czy Zamawiający wymaga kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

Zamawiający nie wymaga kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu. Zamawiający dopuszcza kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu, posiadające odpowiednie atesty i dopuszczenia do użytkowania w służbie zdrowia.

poz. 18 Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o tych samych parametrach?

Odp. Zamawiający wymaga plaster jedwabny na rolce szer. 2,5 cm.

poz. 19 Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza plastry pakowane po 50 szt.

poz. 20-25 Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne o tych samych parametrach?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktów innych od wskazanych w poz. 20-25 w pakiecie nr 2.

Dotyczy: pakiet nr 3 - poz. 128-133

Czy Zamawiający wymaga wzierniki folia+papier?

Odp. Zamawiający dopuszcza opakowanie wzierników papier+folia

Czy Zamawiający z poz 128-133 utworzy osobny pakiet? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnych ofert w tym zakresie.

Odp. NIE , Zamawiający nie utworzy osobnego pakietu.

Dotyczy: pakiet 3 pozycja 103

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunkiem hemostatyczny Woundclot™ o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi. ?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 103 do osobnego pakietu?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wydzielenia osobnego pakietu.

Zamawiający

Dyrektor

Wojciech Skiba

Wrocław, 2017-05-30

Wykonawcy

Dotyczy: *Przetargu nieograniczonego na zadania pn. Sukcesywna dostawa materiałów dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych oraz zużywalnego sprzętu medycznego na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ (znak postępowania: WCZ/P/D-3/2017)*

- 1) **Pakiet 3, pozycja 39** – Czy Zamawiający wymaga masek o wysokiej skuteczności filtracji 99,99%? *Zamawiający dopuszcza maski o wysokiej skuteczności filtracji.*
- 2) **Pakiet 3, pozycja 67** – Czy Zamawiający dopuści plastry do venflonów 8x6cm spełniające pozostałe parametry?
Zamawiający dopuszcza plastry do venflonów 8x6 cm
- 3) **Pakiet 3, pozycja 69** – Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności 100ml spełniający pozostałe parametry?
Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności 100 ml
- 4) **Pakiet 3, pozycja 69** - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności 120ml spełniający pozostałe parametry?
Zamawiający dopuszcza pojemniki na mocz o pojemności 120 ml
- 5) **Pakiet 3, pozycja 132** – Czy Zamawiający dopuści wzierniki jednorazowe do otoskopu dla dorosłych op. 250szt.?
Zamawiający dopuszcza wzierniki jednorazowe do otoskopu dla dorosłych w op. 250 szt.
- 6) **Pakiet 3, pozycja 133** – Czy Zamawiający dopuści wzierniki jednorazowe do otoskopu dla dzieci op. 250szt.?
Zamawiający dopuszcza wzierniki jednorazowe do otoskopu dla dzieci w op. 250 szt.
- 7) **Pakiet 3, pozycja 140** – Czy Zamawiający dopuści żelowe elektrody EKG Ag/AgCl o rozmiarze Ø50mm op.50szt.? Zamawiający wymaga elektrod żelowych EKG Ag/AgCl w rozmiarze 56x42
- 8) **Pakiet 1 poz.2** – Prosimy o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Do jakiego dozownika ma pasować wkład? Czy jest to system otwarty (pojemności 500ml czy 1 L) czy też zamknięty?
System zamknięty , dozownik do AHD i Sterisol z podajnikiem łokciowym o pojemności do 500 ml.
- 9) **Pakiet 1** – Czy Zamawiający dopuści do wyceny produkty równoważne do wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym w innych pojemnościach/gramaturach wraz z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany produktów w pakiecie nr 1.

Zamawiający

Dyrektor

Wojciech Skiba

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadania pn. Sukcesywna dostawa materiałów dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych oraz zużywalnego sprzętu medycznego na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia (znak postępowania WCZ/P/D -3/2017)

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia od Wykonawców. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zgodnie z zapisem pkt. 8 IDW (część I SIWZ) przekazuję odpowiedzi na poniższe pytania:

Dotyczy: pakiet nr 2

poz. 1 Czy Zamawiający wymaga gazy sterylizowanej tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający nie wymaga gazy sterylizowanej tlenkiem etylenu ale dopuszcza ten sposób sterylizacji.

poz. 1 Czy Zamawiający wymaga gazę o niestrzępiących się brzegach?

Odp. Zamawiający dopuszcza gazę o niestrzępiących się brzegach.

poz. 1 i 2 Czy Zamawiający wymaga gazę 13 nitkową czy 17 nitkową?

Odp. Zamawiający wymaga gazę 17-nitkową

poz. 5 Czy Zamawiający dopuści kompresy 10x10?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany.

poz. 5-7 Czy Zamawiający wymaga kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

Zamawiający nie wymaga kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu. Zamawiający dopuszcza kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu, posiadające odpowiednie atesty i dopuszczenia do użytkowania w służbie zdrowia.

poz. 18 Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o tych samych parametrach?

Odp. Zamawiający wymaga plaster jedwabny na rolce szer. 2,5 cm.

poz. 19 Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza plastry pakowane po 50 szt.

poz. 20-25 Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne o tych samych parametrach?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktów innych od wskazanych w poz. 20-25 w pakiecie nr 2.

Dotyczy: pakiet nr 3 - poz. 128-133

Czy Zamawiający wymaga wzierniki folia+papier?

Odp. Zamawiający dopuszcza opakowanie wzierników papier+folia

Czy Zamawiający z poz 128-133 utworzy osobny pakiet? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnych ofert w tym zakresie.

Odp. NIE , Zamawiający nie utworzy osobnego pakietu.

Dotyczy: pakiet 3 pozycja 103

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny Woundclot™ o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi. ?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 103 do osobnego pakietu?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wydzielenia osobnego pakietu.

Zamawiający

Dyrektor

Wojciech Skiba