

Wrocław, 2017-06-01

**Wykonawcy**

**Dotyczy:** *Przetargu nieograniczonego na zadania pn. Sukcesywna dostawa materiałów dezynfekcyjnych, opatrunkowych oraz zużywalnego sprzętu medycznego na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ (znak postępowania: WCZ /P/D-3/2017)*

**Pakiet 3, poz. 24**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 0,45 x 16 mm?

***Zamawiający dopuszcza igły 0,45x 16 mm***

**Pakiet 3, poz. 46**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie wielkości opakowań misek nerkowatych? Jeżeli będzie inna niż 100 to czy Zamawiający dopuści miski nerkowate w opakowaniach a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w górę?

***Zamawiający dopuści miski nerkowate w opakowaniach po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w górę.***

**Pakiet 3, poz. 56**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłonek na głowicę USG nawilżane, pojedynczo pakowane ale bez środka wirusobójczego, gdyż nie ma na rynku tego typu osłonek na głowice USG?

***Z uwagi na brak osłonek z preparatem wirusobójczym na rynku, Zamawiający dopuści osłonki na głowicę USG nawilżane, pojedynczo pakowane bez środka wirusobójczego.***

**W związku z uzupełnieniem brakujących odpowiedzi Zamawiający zmieni termin składania ofert.**

Dyrektor  
*Wojciech Skiba*