

Wrocław, 2017-05-31

Wykonawcy

Dotyczy: *Przetargu nieograniczonego na zadania pn. Sukcesywna dostawa materiałów dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych oraz zużywalnego sprzętu medycznego na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ (znak postępowania: WCZ/P/D-3/2017)*

Pakiet nr 1, poz. 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w w/w pozycjach preparatu AHD 1000 zarejestrowanego jako wyrób medyczny ? Wg wiedzy Oferenta wymagany przez Zamawiającego preparat AHD 2000 został wycofany. **Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostawę preparatu AHD 1000**

Pakiet nr 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje w w/w pozycji preparatu w opakowaniu 700ml ? **Zamawiający już odpowiadał na to pytanie 30.05.2017 : pojemność wkładu do 500 ml.**

Pakiet nr 1, poz. 5, 6, 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w w/w pozycjach bezalkoholowych chusteczek do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholu np. głowice USG. Spektrum działania: B, F, V, Rota, Polyoma – 1 minuta, w opakowaniu typu flow-pack 80 sztuk ? **Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1 w poz. 5,6,38.**

Pakiet nr 1, poz. 13, 14, 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w w/w pozycjach gazików zarejestrowanych jako wyrób medyczny ? **Zamawiający wskazał dokładnie - gotowe gaziki typu LEKO w rozm. M, L, XL**

Pakiet nr 1, poz. 13, 14, 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w w/w pozycjach gazików w dwóch rozmiarach M i L ? **Zamawiający wskazał dokładnie - gotowe gaziki w rozm. M, L, XL**

Pakiet nr 1, poz. 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w w/w pozycji preparatu Skinsan scrub N o działaniu mikrobójczym do mycia i dekolonizacji rąk i skóry, zawierający w swoim składzie chlorheksydynę i QAV. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV) w opakowaniu 5L z przeliczeniem wymaganych ilości ? Preparat Skinman scrub został wycofany. **Zamawiający dopuszcza preparat Skinsan scrub N.**

Pytanie

W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).

Zgodnie z zasadami matematyki.

Pakiet 3, poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły 0,45 x 16 mm?

Pakiet 3, poz. 46

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie wielkości opakowań misek nerkowatych? Jeżeli będzie inna niż 100 to czy Zamawiający dopuści miski nerkowate w opakowaniach a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w górę?

Pakiet 3, poz. 56

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłonek na głowicę USG nawilżane, pojedynczo pakowane ale bez środka wirusobójczego, gdyż nie ma na rynku tego typu osłonek na głowicę USG? Zamawiający dopuszcza osłonki nieposiadające środka wirusobójczego. Osłonki powinny posiadać wyższą klasę certyfikacji medycznej.

Pakiet 3, poz. 89-91

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy przez sformułowanie „vinyl stretchowy” Zamawiający rozumie rozciągliwość większą, niż tradycyjny winyl, tj.500% przed procesem starzenia i 400% po procesie starzenia?

Zamawiający przez sformułowanie rękawice z vinylu stretchowego rozumie produkt oznakowany jako wyrób medyczny w kl.1, spełniający normę EN 455-1,2,3 ASTMF 1671 AQL 1, oznakowany znakiem CE

Pakiet 3, poz. 89-91

Prosimy o doprecyzowanie, czy mając na uwadze kontakt personelu z pacjentami chorymi na HIV/AIDS, oferowane rękawice winylowe stretchowe, podobnie jak tradycyjne rękawice winylowe, mają spełniać normy EN 455-1,2,3 oraz ASTMF1671, EN 374-1,2,3, AQL-1 i być oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny kl. I (zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych -MDD) oraz środek ochrony indywidualnej kat. III (zgodnie z Dyrektywą Środków Ochrony Osobistej -PPE)?

Zamawiający wymaga aby produkt spełniał normy EN 455-1,2,3 oraz ASTMF1671, EN 374-1,2,3, AQL-1 i był oznaczony na opakowaniu jako wyrób medyczny kl. I (zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych -MDD) i środek ochrony indywidualnej kat. III (zgodnie z Dyrektywą Środków Ochrony Osobistej -PPE)

Pakiet 3, poz. 125

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kaniuli w rozmiarze 0,9 mm?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 3, poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartuchów foliowych w opakowaniu po 100 sztuk, które są aktualnie dostarczane do Państwa jednostki. **Zamawiający dopuszcza fartuchy foliowe w opak. Po 100 szt.**

Pakiet nr 3, poz. 39

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji półmaski ochronnej z zaworem wydechowym przeznaczonej są do stosowania przez personel medyczny do ochrony układu oddechowego przed szkodliwymi czynnikami. Maski zgodna z normą PN-EN 149:2001 o klasie ochronności FFP2 i skuteczności filtracji min. 94%. Trójpanelowa budowa masek powoduje płaskie przyleganie oraz noszenie okularów i gogli. Maski spełnia wymagania dyrektywy dotyczącej środków ochrony osobistej i podlega stawce podatku VAT wysokości 23%. Zapewnia właściwą ochronę dróg oddechowych w środowisku medycznym. Pomaga chronić pracownika opieki medycznej poprzez zmniejszenie narażenia na zawieszony w powietrzu cząstki (bioaerozole, pyły, pary) i przed rozpylami płynów.

Zamawiający wymaga maseczki z filtrem HEPA

Pakiet nr 3 poz. 68

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu papierowo-foliowego w rolce o szerokości 50cm i długości 50 m, z jednoczesnym przeliczeniem ilości wymaganych rolek, tj. 65 rolek, gdyż wg naszej podkłady o podanej szerokości są dostępne w rolkach o długości 50 metrów lub 40 m.

Zamawiający dopuszcza podkłady papierowo-foliowe o szer. 50 cm i dł. 50 m.

Dyrektor
Wojciech Skiba

