

Wrocław, 2018-03-20

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej” (**Znak postępowania WCZ/P/D -2/2018**)

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia od Wykonawców. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zapisem pkt. 8 IDW (część I SIWZ) przekazuję odpowiedź na poniższe pytania:

Zestaw pytań nr 1:

Zadanie nr 3 – Zakup fotela ginekologicznego – 2 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o następujących parametrach:

Główne zalety i funkcje fotela:

- Elektryczna regulacja segmentu pleców, wysokości, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga
- Poliuretanowe podpórki dla nóg z regulacją wysokości, kąta nachylenia i odległości od leża
- Uchwyty dla pacjentek pokryte poliuretanem po obu stronach fotela
- Podłokietnik regulowany i przesuwany wzdłuż leża z możliwością przełożenia na drugą stronę
- Wysuwane wypełnienie leża od strony nóg dające możliwość pełnego podparcia w pozycji leżącej
- Tworzywowy pojemnik na odpadki
- Uniwersalne listwy na dodatkowe wyposażenie po obu stronach fotela
- Stabilne podwozie, na regulowanych stopkach, osłonięte tworzywem

Parametry techniczne:

Regulacja segmentu pleców	0 - 60°
Trendelenburg	0 - 19°
Anty-Trendelenburg	0 - 10°
Regulacja wysokości leża	72 – 108 cm
Długość całkowita	178 cm
Szerokość	60 cm
Bezpieczne obciążenie robocze	200 kg

Odp. Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny spełniający warunki opisane w SIWZ – II część OPZ.

Zestaw pytań nr 2:

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 3 - Fotel ginekologiczny – 2 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z 3-segmentowym leżem składającym się z segmentu oparcia pleców z dodatkowym, regulowanym podgłówkiem w formie poduszki; segmentu siedziska oraz dodatkowego segmentu nożnego z możliwością demontażu?

Odp. TAK, Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z podstawą zabezpieczoną osłoną wykonaną z odpornego na uderzenia, estetycznego tworzywa ABS?

Odp. NIE, Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, w którym wszystkie funkcje elektryczne realizowane są wyłącznie ze sterownika ręcznego?

Odp. NIE, Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, w którym wszystkie funkcje elektryczne realizowane są ze sterownika ręcznego z możliwością osobnej regulacji za pomocą przewodowych sterowników nożnych?

Odp. NIE, Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny ze stopniem zintegrowanym z podstawą, którego konstrukcja wykonana jest ze stali lakierowanej proszkowo, a sam blat wykonany jest z estetycznego tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia?

Odp. TAK, Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z tworzywowymi podpórkami rąk o odpowiednio wyprofilowanym kształcie bez dodatkowego obszycia materiałem tapicerskim?

Odp. TAK, Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z podpórkami podudzia typu Goepela mocowanymi w specjalnie dla nich przeznaczonych miejscach tak aby nie zabierać miejsca na szynach bocznych?

Odp. TAK, Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z wysuwaną i wyjmowaną prostokątną miską ze stali nierdzewnej?

Odp. TAK, Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

Zestaw pytań nr 3:

Pytanie 1.

Dotyczy pakietu 3. Fotel ginekologiczny – 2szt. Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego kolumna i podstawa obudowane są osłonami z solidnego tworzywa ABS?

Odp. NIE, Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie 2.

Dotyczy pakietu 3. Fotel ginekologiczny – 2szt. Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego funkcje regulowane elektrycznie, sterowane są pilotem ręcznym lub sterownikiem nożnym? Sterownik na kablu z możliwością dogodnego pozycjonowania – niewbudowany w podstawę.

Odp. NIE, Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie 3.

Dotyczy pakietu 3. Fotel ginekologiczny – 2szt. Pkt. 14.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego długość w pozycji fotelowej (bez segmentu nóg) wynosi 1190mm?

Odp. Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny spełniający warunki opisane w SIWZ – II część OPZ.

Pytanie 4.

Dotyczy pakietu 3. Fotel ginekologiczny – 2szt. Pkt. 18.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego podstawa nie posiada zintegrowanego stopnia? Zamiast tego do fotela oferujemy stopień wolnostojący – pojedynczy lub podwójny.

Odp. NIE, Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie 5.

Dotyczy pakietu 3. Fotel ginekologiczny – 2szt. Pkt. 19.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, który na wyposażeniu posiada:

- uchwyty rąk ze stali nierdzewnej (solidne, trwałe),

Odp. NIE, Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.

- podpórki podudzia typu Goepel'a mocowane do szyn bocznych w segmencie siedziska,

- wysuwana i wyjmowana miska ze stali nierdzewnej,

- uchwyt na podkład jednorazowy za segmentem pleców,

- tapicerowany podglówek,

Odp. Dla pozostałych elementów- Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny spełniający warunki opisane w SIWZ – II część OPZ.

Zestaw pytań nr 4:

Pytania do Zadania nr 1. Zakup unitu laryngologicznego szt.2

1. Czy zamawiający dopuści Unit laryngologiczny składający się z części diagnostycznej i narzędziowej z możliwością połączenia tych części na stałe lub jako dwa odrębne moduły?

Odp. Zamawiający dopuści unit składający się z części diagnostycznej i narzędziowej z możliwością połączenia tych części na stałe lub jako dwa odrębne moduły, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

2. Czy zamawiający dopuści Unit laryngologiczny o wymiarach?

szerokość w granicy 900mm - 1380mm

głębokość w granicy 480- 640mm

Odp. NIE, Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.

3. .Czy zamawiający dopuści Unit laryngologiczny posiadający blat na instrumentarium bez zamykanej pokrywy? Blat o wymiarach 690mm. Szerszy blat pozwala przechowywać większą liczbę zamykanych tac ze sterylnie zapakowanymi narzędziami. Nie ma potrzeby zabezpieczenia narzędzi zamykaną pokrywą.

Odp. NIE, Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.

4. Czy zamawiający dopuści Unit laryngologiczny z dodatkową półką zintegrowaną z unitem wykonana ze stali nierdzewnej, usytuowaną z boku części diagnostycznej na wysokości 880mm?

Odp. NIE, Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.

5. Czy zamawiający dopuści aby umieszczać opakowanie 100sztuk rękawiczek na blacie instrumentarium lub półce obok części diagnostycznej?

Odp. NIE, Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.

6. . Czy zamawiający dopuści Unit laryngologiczny był wyposażony w dotykowy panel sterujący i znajdował się w przedniej części blatu diagnostycznego? Manometr z regulacją siły mocy ssaka znajdował by się na froncie unitu. Dotykowy panel jest nowoczesną formą sterowania, pozwalający na ergonomiczną pracę.

Odp. TAK, Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

7. Czy zamawiający dopuści Unit laryngologiczny bez przycisku opcjonalnego w sytuacji dotykowego panelu z pełną opcją sterowania? Przycisk np. stopklatki oprócz umiejscowienia na głowie kamery znajduje się dodatkowo na panelu sterowania kamery. Wszystkie inne funkcje wraz ze sterowaniem fotela znajdują się na dotykowym panelu sterowania.

Odp. TAK, Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

8. . Czy zamawiający dopuści Unit laryngologiczny wyposażony w podgrzewane kuwety do endoskopów z automatyczną stałą temperaturą.

Odp. NIE, Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.

9. . Czy zamawiający dopuści Unit laryngologiczny wyposażony w komorę do której wrzuca się śmieci, w tym wypadku nie ma potrzeby otwierania kosza nogą, z prostym wyciągnięciem kosza na potrzeby mycia i dezynfekcji.

Odp. NIE, Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.

10. Czy zamawiający dopuści aby uchwyt na kamerę znajdował się w dwóch dedykowanych miejscach na unicie.

Odp. TAK, Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

11. Czy zamawiający dopuści Unit laryngologiczny który posiada system wizualnej informacji pracy unitu w formie podświetlenia przycisku Power w kolorze ciągłym niebieskim lub zielonym.

Odp. TAK, Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

12. . Czy zamawiający dopuści Unit laryngologiczny który nie musi być podłączony do instalacji wodnej ze względu na zainstalowany zbiornik wody do płukania ucha oraz butlę ssaka. System wodno –kanalizacyjny jest rozwiązaniem droższym pod względem inwestycyjnym i eksploatacyjnym.

Odp. NIE, Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.

13. Czy zamawiający dopuści Unit laryngologiczny wyposażony w nowej generacji kamerę Full HD z przetwornikiem 1/2,8 Sony Cmos o rozdzielczości 1920x1280 pixeli, z wyjściem 1x Video, 1x CVBS, 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, bez wyjścia na klawiaturę. Pacjentów wpisuje się w programie do archiwizacji danych nie ma potrzeby klawiatury przy samej kamerze.

Odp. Zamawiający dopuści unit wyposażony w kamerę bez wyjścia na klawiaturę, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ

14. Czy zamawiający dopuści fotel laryngologiczny którego podstawa posiada zamiast nóżek specjalne wkładki do wypoziomowania fotela .

Odp. TAK, Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

15. Czy zamawiający dopuści fotel laryngologiczny ze składanymi podłokietnikami w taki sposób że nie ma potrzeby ich demontażu.

Odp. NIE, Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.

16. Czy zamawiający dopuści Otokop w zakresie 50mm-70mm

Odp. TAK, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów w SIWZ: Otokop 0° - Ø 3 mm, Autoklawowalny - 1 szt.

17. Czy zamawiający dopuści Sinuskop w zakresie 110mm-150mm

Odp. NIE, Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.

18. czy zamawiający dopuści Laryngoskop w zakresie 185mm-210mm

Odp. TAK, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów w SIWZ: Laryngoskop 70°, Ø 7 lub 8 mm, Autoklawowalna - 1 szt.

19. Czy zamawiający dopuści Nasofaryngoskop z polem widzenia min 70 stopni
Odp. NIE, Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.
20. Czy zamawiający dopuści Nasofaryngoskop z głębią widzenia 2,5-50mm
Odp. NIE, Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.

Zestaw pytań nr 5:

1. Czy w zad. Nr 2 pkt. c chodzi o dioptrymierz czy autokeratorefraktometr?

Odp. Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska i w zadaniu nr 2 punkt c chodzi o dioptrymierz.

2.

§ 6 Kary umowne i odstąpienie od umowy – wzoru umowy

W razie opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do naprawy przedmiotu umowy ponad termin określony w § 5 ust. 5 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,01 % ceny brutto przedmiotu umowy przekazanego do naprawy (§ 3 ust. 1 umowy) - za każdą godzinę opóźnienia / 0,2 % ceny brutto tego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę zapisu umowy?

W razie opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do naprawy przedmiotu umowy ponad termin określony w § 5 ust. 5 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,01 % ceny brutto przedmiotu umowy przekazanego do naprawy (§ 3 ust. 1 umowy) za każdy dzień opóźnienia.

Odp. TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zapis, lecz o treści: „W razie opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do naprawy przedmiotu umowy ponad termin określony w § 5 ust. 5 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości **0,2 % ceny brutto** przedmiotu umowy przekazanego do naprawy (§ 3 ust. 1 umowy) za każdy dzień opóźnienia”

Pytania do parametrów technicznych – Tonometr

9. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie z diodą nie emitującą fali o długości 880 nm?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ.

10. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie nie wytwarzające energii na wyjściu?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ.

11. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie z diodą nie emitującą fali o długości 780 nm?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ.

13. Czy zamawiający dopuszcza ustawienie parametrów tylko za pomocą ekranu?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ.

14. Czy zamawiający dopuszcza sterowanie aparatem tylko za pomocą joysticka?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ.

16. Czy zamawiający dopuszcza wskaźnik tylko położenia krańcowego podbródka i głowicy?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ.

18. Czy zamawiający dopuszcza informację graficzną tylko jeśli wynik pomiaru jest nieprawidłowy(APL-w kolorze żółtym), natomiast poprawne wyniki zostaną automatycznie zapisane?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ.

Zestaw pytań nr 6:

Pytania dotyczą zadania nr 1. Zakup unitu laryngologicznego – szt. 2

Pytanie 1

Dot. pkt 5 tabeli: Czy Zamawiający dopuści unit o wymiarach:

- szerokość: w granicy 900 mm - 1125 mm

- głębokość: w granicy 480 mm - 545 mm

Odp. TAK, Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

Dot. pkt 7 tabeli: Czy Zamawiający wymaga: 2 poziomy podświetlany blat na instrumentarium zamykany pokrywą wykonaną z przezroczystego materiału, umożliwiającą podgląd ilościowy narzędzi bez podnoszenia pokrywy; szerokość blatu 650 mm ± 50 mm; blat wyposażony w tace ze stali nierdzewnej?

Odp. TAK

Pytanie 3

Dot. pkt 11 tabeli: Czy Zamawiający wymaga aby unit posiadał min. 4 w pełni wysuwane szuflady (wysokości min. 75 mm) z mechanizmem miękkiego domykania i możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi?

Odp. Zamawiający wymaga min. 1 w pełni wysuwanej szuflady (wysokości min. 75 mm) z mechanizmem miękkiego domykania i możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi

Pytanie 4

Dot. pkt 19 tabeli: Czy Zamawiający wymaga, aby unit był wyposażony w min. 2 podgrzewane kuwety na endoskopy o średnicy do 4 mm - kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia?

Odp. Zamawiający wymaga, aby unit wyposażony w min. 1 podgrzewaną kuwetę na endoskopy o średnicy do 4 mm - kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia

Pytanie 5

Dot. pkt 22 tabeli: Czy Zamawiający dopuści kuwetę do dezynfekcji z tworzywa sztucznego (np. melamina) na brudne narzędzia, wysuwaną z unitu z wkładką typu język?

Odp. TAK, Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

Zestaw pytań nr 7:

Pytanie 1: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 3:

Czy Zamawiający dopuści zakup przejeźdnego, wyposażonego w kółka w tylnej części modułu unitu laryngologicznego, zbudowanego z 2 modułów: funkcyjno-endoskopowy i moduł instrumentarium, wykonanych ze stali pokrytej farbą proszkową z możliwością dostawy aparatury w wybranym przez Zamawiającego dowolnym kolorze z palety kolorów RAL?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ

Pytanie 2: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 6:

Czy Zamawiający dopuści unit o wymiarach:

- szerokość: w granicy 900 mm -1970 mm
- głębokość: w granicy 480 mm - 630 mm?

Odp. Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 1 w ramach zestawu pytań nr 6

Pytanie 3: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 7:

Czy Zamawiający dopuści zakup unitu posiadającego blat roboczy niezależny od blatu na instrumentarium, stanowiący integralną całość z unitem, usytuowany na wysokości 750 mm \pm 50 mm, wykonany w całości ze stali, pokryty farbą proszkową, umożliwiający umieszczenie pudełka zawierającego 100 szt. rękawiczek jednorazowych?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ

Pytanie 4: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 8:

Czy Zamawiający dopuści zakup unitu wyposażonego w 2 poziomy blat na instrumentarium zamykany pokrywą, wyposażony w tace ze stali nierdzewnej?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ

Pytanie 5: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 13:

Czy Zamawiający dopuści zakup unitu wyposażonego w Panel sterowania (zawierający manometr ssaka) umiejscowiony od frontu, bez przycisku funkcyjnego oraz bez osłony w postaci tafli szkła?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ

Pytanie 6: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 15:

Czy Zamawiający dopuści zakup unitu posiadającego system wizualnej informacji pracy unitu na panelu sterowania:

- zielony ciągły
- czerwony ciągły

Odp. TAK, Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 7: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 16:

Czy Zamawiający dopuści wbudowane źródła światła LED min. 1 sztuka, bez regulacji natężenia światła z przyciskiem on/off?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ

Pytanie 8: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 17:

Czy Zamawiający dopuści unit posiadający wbudowany szybki podgrzewacz lusterek włączany przyciskiem i wyłączający się samoczynnie?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ

Pytanie 9: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 21:

Czy Zamawiający dopuści zakup unitu z kuwetami automatycznie podgrzewanymi do temperatury 44st.C?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ

Pytanie 10: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 23:

Czy Zamawiający dopuści unit wyposażony w kuwetę do dezynfekcji wykonaną z plastiku z wkładką typu język?

Odp. TAK, Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 11: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 24:

Czy Zamawiający dopuści zakup unitu posiadającego samozamykającą śmietniczkę otwierana nogą bez możliwości demontażu dna?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ

Pytanie 12: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 25:

Czy Zamawiający dopuści zakup unitu posiadającego uchwyt/wieszak na lampę czołową usytuowaną w tylnej części unitu?

Pytanie 13: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 26:

Czy Zamawiający dopuści unit wyposażony w stacjonarny uchwyt dla drenu ssaka oraz światłowodu?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ

Pytanie 14: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 29:

Czy Zamawiający dopuści zakup unitu z uchwytem na kamerę endoskopową zlokalizowaną we frontowej części unitu?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ

Pytanie 15: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 30:

Czy Zamawiający dopuści unit wyposażony w min. jeden światłowód z prostym adapterem (90°), dł. min. 180 cm?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ

Pytanie 16: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 31:

Czy Zamawiający dopuści zakup unitu z wbudowanym systemem ssania o wydajności min. 40l/min i - 0,91 bar, aktywowanym/dezaktywowanym automatycznie po podniesieniu/opuszczeniu drenu ssaka, wyposażonym w pompę bezolejową bezwibracyjną do zastosowania w urządzeniach z mikroskopem?

Odp. TAK, Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 17: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 32:

Czy Zamawiający dopuści zakup unitu wyposażonego w ssak wykonany z plastiku z układem czyszczenia drenu ssaka?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ

Pytanie 18: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 36:

Czy Zamawiający dopuści zakup unitu wyposażonego w ssak bez elastycznej części dystalnej, z klasyczną ssakówką?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ

Pytanie 19: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 43:

Czy Zamawiający dopuści zakup unitu wyposażonego w kamerę medyczną z 2 przyciskami funkcyjnymi?

Odp. TAK, Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 20: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 44 i 45:

Czy Zamawiający dopuści zakup unitu wyposażonego w sterownik kamery bez filtrów oraz bez możliwości zapamiętywania użytkowników?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ

Pytanie 21: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 48:

Czy Zamawiający dopuści zakup unitu wyposażonego w głowicę kamery (bez obiektywu i przewodu) o max. wadze 150g?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ

Pytanie 22: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 50-58:

Czy Zamawiający dopuści zakup fotela laryngologicznego z płynnym obrotem fotela wokół własnej osi w zakresie 360° z możliwością zablokowania w dowolnym momencie z tapicerką wykonaną z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne, regulacją wysokości fotela w zakresie min od 460 do 660 mm, regulacją pochylenia oparcia fotela w zakresie min od -5° do +45°, o nośności fotela max. 150kg oraz wyposażonego w podłokietniki i podnózek sztywny?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ

Pytanie 23: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 60-64:

Czy Zamawiający dopuści zakup taboretu lekarskiego z regulacją wysokości w zakresie min od 460 do 620 mm, regulacją wysokości oparcia na podstawie jezdnej (kółkach), podstawą siedziska o średnicy 470mm oraz bez podnóżka pierścieniowego?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ

Pytanie 24: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 69 i 70:

Czy Zamawiający dopuści zakup lampy czołowej o dystansie pracy w przedziale min. 20-40cm, średnicy plamki światła zależna od dystansu min. 11-130mm?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ

Pytanie 25: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 75-77:

Czy Zamawiający dopuści zakup unitu wyposażonego w optyki:

Otoskop 0° - Ø 3 mm dł. w zakresie 60mm-70mm, Autoklawowalny - 1szt.

Sinuskop 0° - max. Ø3 mm dł. w zakresie 140mm-180mm, Autoklawowalny - 1szt.

Laryngoskop 70°, Ø 7 lub 8 mm, dł. w zakresie 180 - 210mm, Autoklawowalna - 1 szt?

Odp. TAK, Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 26: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 83:

Czy Zamawiający dopuści zakup unitu wyposażonego w nasopharyngoskop o zaginanej końcówce w zakresie 130° góra/dół oraz długości roboczej 320mm?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ

Zestaw pytań nr 8:

1. Ad. p. 6) Czy zamawiający dopuści szybkość skanowania 26000 A-skanów na sekundę?

Odp. TAK, Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

2. Ad. p. 8) Czy zamawiający dopuści podgląd dna oka- rekonstrukcję skanów SLO stworzony przez dodanie wszystkich skanów C tworząc obraz en face o wysokim kontraście 1024 skanów A na sekundę ?

Odp. TAK, Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

3. Ad. p. 9) Czy zamawiający dopuści Przetwornik obrazu: 752 x 480 pikseli, 1/3-calowy przetwornik monochromatyczny CMOS?

Odp. NIE. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ

4. Ad. p. 15) Czy zamawiający dopuści zakres kompensacji wady wzroku badanego -15D do +10 D?

Odp. NIE. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ

5. Ad. p. 32) Czy zamawiający dopuści obrazowanie przedniego odcinka o poniższych parametrach:-obrazowanie dwóch kątów na jednym raporcie

- pomiar grubości rogówki

- obiektywny pomiar kątów przesączania z uwzględnieniem parametrów AOD500, AOD750, TISA500, TISA750

- mapa pachymetryczna grubości rogówki o średnicy min. 6 mm

- skany wysokiej rozdzielczości rogówki 1024 skanów A/linia x 8 (co daje 8192 skanów A na B-scan)

Odp. Nie, Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ

6. Ad. p. 18) Czy zamawiający dopuści możliwość tworzenia raportu obuocznego grubość plamki lub RNFL?

Odp. NIE. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ

7. Ad. p. 33) Czy zamawiający dopuści skaner, system archiwizujący, komputer sterujący, podgląd na dno oka, monitor o przekątnej ekranu 15,4", sterowanie kamerą dotykowe lub poprzez klawiaturę i myszkę, zintegrowane w jednej obudowie aparatu?

Odp. NIE. Zamawiający dopuści urządzenie spełniające warunki opisane w SIWZ – II część OPZ

Zamawiający

Dyrektor
Wojciech Skiba