

Wrocław, 2019-05-30

**Wykonawcy**

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej” – znak postępowania WCZ/P/D -3/2019*

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia od Wykonawców. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zapisem pkt. 8 IDW (część I SIWZ) przekazuję odpowiedź na poniższe pytania:

**Pytania dotyczą: ZADANIE NR 3. Zakup aparatu USG – szt. 1**

**1. PKT. NR 1**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, którego liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania wynosi 3 000 000?

**Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. W ocenie Zamawiającego wysoka ilość aktywnych kanałów cyfrowych ma bezpośredni wpływ na jakość obrazowania i jest jednym z najważniejszych parametrów wpływających na wartość diagnostyczną aparatu. Zamawiający ustalił wartość parametru w oparciu o deklaracje techniczne producentów sprzętu USG dostępnego na rynku.**

**2. PKT. NR 2**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z monitorem o rozdzielczości 1600x1200 px?

**Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.**

**3. PKT. NR 4**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z 3 aktywnymi gniazdami do przyłączenia głowic obrazowych, oraz jednym gniazdem parkingowym?

**Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.**

**4. PKT. NR 5**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w panel dotykowy 10,4” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku (jak w tablecie)?

**Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.**

**5. PKT. NR 6**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, wyposażony w panel sterowania (konsola) umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół 40cm oraz obrót +/- 25°?

**Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.**

**6. PKT. NR 16**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, którego częstotliwość odświeżania obrazu 2D wynosi 1500 obr./s?

**Odp. Tak Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, którego częstotliwość odświeżania obrazu 2D wynosi min. 1500 obr./s**

**7. PKT. NR 18**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w Doppler pulsacyjny (PWD), rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) od -7,65m/s do 0 oraz od 0 do +7,65 m/s; Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne -450 cm/s do 0 oraz 0 do +450 cm/s.?

**Odp. Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.**

**8. PKT. NR 35**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w głowicę typu microconvex szerokopasmowa do badań pediatrycznych o zakresie częstotliwości emitowanych 3.0 - 9.0 MHz; liczba elementów akustycznych 960, kąt widzenia min. 80°?

**Odp. Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.**

**9. PKT. NR 41**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, z możliwością rozbudowy o głowicę liniową szerokopasmową o zakresie częstotliwości emitowanych 3.0–13.0 MHz; obrazowanie harmoniczne, liczba elementów akustycznych 192; Długość czoła głowicy (FOV) 55 mm?

**Odp. Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.**

**10. PKT. NR 43**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z możliwością rozbudowy o Doppler fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach od -15 m/s do 0 oraz od 0 do +15 m/s (przy zerowym kącie bramki)?

**Odp. Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.**

**11. PKT. NR 45**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z możliwością rozbudowy o głowicę objętościową typu konweks (2-9MHz; min. 192 elementy akustyczne) oraz endowaginalną (3-10 MHz, 140° (FOV); obrazowanie 3D/4D?

**Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.**

12. W związku z zapisami pkt 50 wymagań technicznych aparatu USG zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania, w ramach którego Wykonawca będący dystrybutorem oferowanego aparatu USG posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży, natomiast usługi serwisowe w okresie gwarancji świadczy bezpośrednio serwis producenta na terenie Polski.

**Odp. Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.**

13. Czy Zamawiający zgodzi się, by aparat podłączone były do zdalnego serwisu, co przełoży się na szybszą diagnostykę i naprawę w razie problemów z aparatem.

**Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania.**

14. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów paragrafu 6 ustęp 3 umowy z:

*W razie opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do naprawy przedmiotu umowy ponad termin określony w § 5 ust. 5 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,2 % ceny brutto przedmiotu umowy przekazanego do naprawy (§ 3 ust. 1 umowy) za każdy dzień opóźnienia.*

na:

*W razie opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do naprawy przedmiotu umowy ponad termin określony w § 5 ust. 5 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,2 % ceny brutto przedmiotu umowy przekazanego do naprawy (§ 3 ust. 1 umowy) za każdy dzień opóźnienia.*

*Kara umowna nie zostanie naliczona w przypadku zapewnienia przez Wykonawcę Zamawiającemu aparatu zastępczego.*

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę zapisów paragrafu 6 ustęp 3 umowy**

15. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów paragrafu 6 ustęp 3 umowy z:

*W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy ponad termin określony w § 5 ust. 5 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,2 % ceny brutto przedmiotu umowy przekazanego do naprawy (§ 3 ust. 1 umowy), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 20 dni i 0,3 % ceny brutto za każdy następny dzień opóźnienia. Kara umowna nie zostanie naliczona w przypadku zapewnienia przez Wykonawcę Zamawiającemu aparatu zastępczego.*

na:

*W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy ponad termin określony w § 5 ust. 5 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,2*

*% ceny brutto przedmiotu umowy przekazanego do naprawy (§ 3 ust. 1 umowy), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 20 dni i 0,3 % ceny brutto za każdy następny dzień opóźnienia. Kara umowna nie zostanie naliczona w przypadku zapewnienia przez Wykonawcę Zamawiającemu aparatu zastępczego.*

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów paragrafu 6 ustęp 3 umowy**

**16.** Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów paragrafu 5 ustęp 3 umowy z:

*Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wskazanym w § 5 ust. 3 umowy.*

na:

*Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zostanie objęty gwarancją nie krótszą niż do końca trwania pierwotnego okresu gwarancji aparatu.*

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zapis o treści „Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zostanie objęty gwarancją nie krótszą niż do końca trwania pierwotnego okresu gwarancji aparatu.**

Zamawiający

Dyrektor

Wojciech Skiba