

Wrocław, 2018-03-21

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej” (Znak postępowania WCZ/P/D -2/2018)

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia od Wykonawców. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zapisem pkt. 8 IDW (część I SIWZ) przekazuję odpowiedź na poniższe pytania:

Zestaw pytań nr 7:

Pytanie 12: dot. Parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych, nr 25:

Czy Zamawiający dopuści zakup unitu posiadającego uchwyt/wieszak na lampę czołową usytuowaną w tylnej części unitu?

Odp. TAK, Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora
Główny Księgowy
Wanda Bem