



DAT.241.19.2019.6.BWŁ

Wrocław, dn. 2.08.2019r.

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Sukcesywną dostawę materiałów dezynfekcyjnych, zużywalnego sprzętu medycznego oraz butelek na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia” - Nr sprawy: DAT.241.19.2019.2.BWŁ

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do zapytania ofertowego. Poniżej znajdują się odpowiedzi do poszczególnych zagadnień.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 5?

Odp. Nie .Zamawiający nie wydzieli produktu do osobnego pakietu.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 8?

Odp. Nie .Zamawiający nie wydzieli produktu do osobnego pakietu.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 9?

Odp. Nie .Zamawiający nie wydzieli produktu do osobnego pakietu.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 10 i dopuści gaziki w rozmiarze 12x12,5cm (nasz rozmiar L)

Odp. Nie .Zamawiający nie wydzieli produktu do osobnego pakietu i nie dopuści w poz. 10 gazików w rozmiarze 12x12,5cm

Pytanie 5

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 16 i 17?

Odp. Nie .Zamawiający nie wydzieli produktów do osobnego pakietu.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 18?

Odp. Nie .Zamawiający nie wydzieli produktu do osobnego pakietu.

Pytanie 7



Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 20 i 21?

Odp. Nie .Zamawiający nie wydzieli produktów do osobnego pakietu.

Pytanie 8

Pakiet nr 1 poz. 8-10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odp. Nie .Zamawiający nie wydzieli produktów do osobnego pakietu.

Pytanie 9

Pakiet nr 1 poz. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie gazików w rozmiarze 6,5cm x 3cm? Pozostałe zgodne z SIWZ

Odp. Tak. Zamawiający dopuści gaziki w rozmiarze 6,5cm x 3cm

Pytanie 10

Pakiet nr 1 poz. 9-10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 11

Pakiet nr 1 poz. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie gazików z włókniną o gramaturze 50g?

Odp. Nie Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie gazików z włókniną o gramaturze 50g?

Pytanie 12

Pakiet nr 1 poz. 9-10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie gotowych gazików w rozmiarze 16cm x 10cm? Pozostałe zgodne z SIWZ

Odp. Nie-zgodnie z zapytaniem.

Pytanie 13

Pakiet nr 3 poz. 19, 24. Czy Zamawiającemu nie wkradła się pomyłka pisarska? Podwójne zamówienie na ten sam rozmiar igieł

Odp. Tak. W poz. 19 i 24 proszę zaproponować ten sam produkt.

Pytanie 14

Pakiet nr 3 poz. 17-26, 29-30, 107-112, 117-119, 130-134. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu??

Odp. Nie. Zamawiający nie wydzieli produktów do osobnego pakietu.

Pytanie 15

Pakiet nr 3 poz. 108-111. czy Zamawiającemu chodzi o strzykawki dwuczęściowe? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w strzykawkach rozszerzonej skali?:

108)2ml na 3ml

109)5ml na 6ml

110)10ml na 12ml

111)20ml na 24ml

Odp. TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane strzykawki.

Pytanie 16

Pakiet nr 3 poz. 111. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym

Pytanie 17

Pakiet nr 3 poz. 130-134. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP z koreczkiem luer lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi oraz z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wyciekaniem krwi w rozmiarach:

130) 1,2 x 38mm przepływem 105ml/min

131) 1,2 x 45mm przepływem 100ml/min

132) 0,8 x 25mm przepływem 38ml/min

133) 0,7 x 19mm przepływem 22 ml/min

134) 1,0 x 32mm przepływem 64ml/min



Odp. TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane produkty.

Pytanie 18

Pakiet 1. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu preparatów z pozycji 1, 2, 18 oraz 19. Zaproponowana zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym.

Odp. Nie .Zamawiający nie wydzieli produktów do osobnego pakietu.

Pytanie 19

Pakiet 1, Poz. 5. W związku z wycofaniem ze sprzedaży opisanego asortymentu, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji chusteczek równoważnych do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie propan-2-olu w rozmiarze 19 x 15 cm, pakowane po 50 szt. w opakowaniu typu flow-pack typu **Medisept chusteczki**. W razie wyrażenia zgody, prosimy o podanie ilości opakowań, jaką należy wycenić.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane produkty z przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie 20

Pakiet 1, Poz. 28. W związku z wycofaniem ze sprzedaży opisanego asortymentu, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji preparatu do dezynfekcji wysokiego stopnia na bazie aldehydu ortoftalowego w opakowaniu 3,78 l typu **Cidex Opa**. W razie wyrażenia zgody, prosimy o podanie ilości opakowań, jaką należy wycenić.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane produkty z przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie 21

Pakiet 2, Poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie o w/w pozycji preparatu równoważnego typu **Hydrex S** w op. 500 ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 22

Pakiet 2, Poz. 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie pozycji 9 Alkohol etylowy 96% CZDA 500ml (etanol) ?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 23

Pytanie dotyczące wzoru umowy - §7 ust. 1 a). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „w wysokości 5% wartości niedostarczonego zamówienia brutto, liczonej za każdy dzień opóźnienia” na „w wysokości 2% wartości niedostarczonego zamówienia brutto, liczonej za każdy dzień opóźnienia”?

Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody z zmianę zapisu umowy.

Pytanie 24

Pakiet nr 3, poz. 38. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji maseczek w op.=5 szt., z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości, tj. 20 op.

Odp. Tak. Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji maseczek w op.=5 szt., z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości, tj. 20 op


Pytanie 25

Pakiet 3, poz. 61-62. Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych czy dopuści zaferowanie kompatybilnych zamienników?

Odp. Zamawiający dopuści zaferowanie kompatybilnych zamienników.

Pytanie 26


Pakiet 3, poz. 111-112. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający we wskazanych pozycjach ma na myśli maski tlenowe wyposażone w nebulizator oraz dren? Poniżej zdjęcie poglądowe:



Odp. Zamawiający w poz. 114-115 ma na myśli maski tlenowe wyposażone w nebulizator oraz dren.

W związku z dużą ilością pytań Zamawiający przedłuża termin składania ofert do środy 7.08.2019r. do godz. 13.00

Kierownik
Działu Administracyjno-Technicznego


Agnieszka Młyńczak